

ATA DE RESULTADO

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 004/2015

TIPO: MENOR PREÇO

Ao vinte e cinco dias do mês de novembro de 2015, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação (CPL), Luiz Renato Rezende Cerchi, Andreia Cristiane Pereira da Silva Arcoverde Ramos e Marcos Alberto Arruda de Aquino Júnior, para análise de propostas recebidas em decorrência da Cotação Prévia de Preço nº004/2015, tipo MENOR PREÇO, no âmbito do Convênio 812395/2014, proposta SICONV 52516/2014, objetivando a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO, CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL.

Apresentaram proposta as seguintes empresas:

Seringa Polipropileno 3mL, descartável estéril

Unidade: UN

Quantidade: 24.000

Menor valor: R\$ 0,16

Proposto pela empresa: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca: BD

PROPOSTAS			
	FORNECEDOR / MARCA	CNPJ	VALOR
1	CRM COMERCIAL LTDA Marca: SR	04.679.119/0001-93	R\$ 0,12
2	VPHARMA HOSPITALR LTDA-EPP Marca: SR	21.595.412/0001-91	R\$ 0,14
3	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Marca: BD	07.812.105.0001-94	R\$ 0,16
4	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA. LTDA Marca: BD	10.779.833/0001-56	R\$ 0,24

ESCOVA PARA ANTISSEPSEIA NÃO ESTÉRIL

Unidade: UN

Quantidade: 32.352

Menor valor: R\$ 0,98

Proposto pela empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA

Marca: CRISTÁLIA

UNIDADE I
Hospital Dr. Luiz Antônio
Rua Dr. Mário Negócio, 2267
Quintas, Natal/RN
CEP 59040-000
Tel: (84) 4009.5400
E-mail: adm.hla@liga.org.br

UNIDADE II
CECAN
Av. Miguel Castro, 1355
Dix-Sept Rosado, Natal/RN
CEP 59075-740
Tel: (84) 4009.5501
E-mail: adm.cecان@liga.org.br

UNIDADE III
Policlínica
Rua Sílvia Pélico, 181
Alecirim, Natal/RN
CEP 59040-150
Tel: (84) 4009.5601
E-mail: adm.pol@liga.org.br

UNIDADE IV
Hosp. de Oncologia do Seridó
Av. Dr. Carlindo de Souza Dantas, 540
Centro, Caicó/RN
CEP 59300-000
Tel: (84) 3421.1585
E-mail: adm.hos@liga.org.br



Liga
Contra o
Câncer



PROPOSTAS			
	FORNECEDOR / MARCA	CNPJ	VALOR
1	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA <i>Marca: Cristália</i>	44.734.671/0004-02	R\$ 0,98
2	CRM COMERCIAL LTDA <i>Marca: Vic Pharma</i>	04.679.119/0001-93	R\$ 1,26
3	VPHARMA HOSPITALR LTDA-EPP <i>Marca: Vic Pharma</i>	21.595.412/0001-91	R\$ 1,29

AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 (22G)

Unidade: UN

Quantidade: 25.000

Menor valor: R\$ 0,06

Proposto pela empresa: EXOMED REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca: DESCARPACK

PROPOSTAS			
	FORNECEDOR / MARCA	CNPJ	VALOR
1	EXOMED REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA <i>Marca: DESCARPACK</i>	12.882.932.0001-94	R\$ 0,06
2	VPHARMA HOSPITALR LTDA-EPP <i>Marca: SR</i>	21.595.412/0001-91	R\$ 0,06
3	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA. LTDA <i>Marca: DESCARPACK</i>	10.779.833/0001-56	R\$ 0,06
4	CRM COMERCIAL LTDA <i>Marca: Lamedid-Solidor</i>	04.679.119/0001-93	R\$ 0,07
5	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA <i>Marca: BD</i>	07.812.105.0001-94	R\$ 0,09

AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 (21G)

Unidade: UN

Quantidade: 12.000

Menor valor: R\$ 0,05

Proposto pela empresa: EXOMED REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca: DESCARPACK

UNIDADE I
Hospital Dr. Luiz Antônio
Rua Dr. Mário Negócio, 2267
Quintas, Natal/RN
CEP 59040-000
Tel: (84) 4009.5400
E-mail: adm.hla@liga.org.br

UNIDADE II
CECAN
Av. Miguel Castro, 1355
Dix-Sept Rosado, Natal/RN
CEP 59075-740
Tel: (84) 4009.5501
E-mail: adm.cecan@liga.org.br

UNIDADE III
Policlínica
Rua Sílvio Pélico, 181
Alecim, Natal/RN
CEP 59040-150
Tel: (84) 4009.5601
E-mail: adm.pol@liga.org.br

UNIDADE IV
Hosp. de Oncologia do Seridó
Av. Dr. Carlindo de Souza Dantas, 540
Centro, Caicó/RN
CEP 59300-000
Tel: (84) 3421.1585
E-mail: adm.hos@liga.org.br

PROPOSTAS			
	FORNECEDOR / MARCA	CNPJ	VALOR
1	EXOMED REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA <i>Marca: DESCARPACK</i>	12.882.932.0001-94	R\$ 0,05
2	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA. LTDA <i>Marca: DESCARPACK</i>	10.779.833/0001-56	R\$ 0,06
3	CRM COMERCIAL LTDA <i>Marca: Lamedid-Solidor</i>	04.679.119/0001-93	R\$ 0,06
5	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA <i>Marca: BD</i>	07.812.105.0001-94	R\$ 0,09

AGULHA DESCARTÁVEL 30X7 (22G)

Unidade: UN

Quantidade: 5.000

Menor valor: R\$ 0,05

Proposto pela empresa: EXOMED REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca: DESCARPACK

PROPOSTAS			
	FORNECEDOR / MARCA	CNPJ	VALOR
1	EXOMED REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA <i>Marca: DESCARPACK</i>	12.882.932.0001-94	R\$ 0,05
2	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA. LTDA <i>Marca: DESCARPACK</i>	10.779.833/0001-56	R\$ 0,06
3	CRM COMERCIAL LTDA <i>Marca: Lamedid-Solidor</i>	04.679.119/0001-93	R\$ 0,07
5	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA <i>Marca: BD</i>	07.812.105.0001-94	R\$ 0,09

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA Nº 12

Unidade: UN

Quantidade: 7.000

Menor valor: R\$ 0,40

Proposto pela empresa: EXOMED REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca: EMBRAMED

UNIDADE I
Hospital Dr. Luiz Antônio
Rua Dr. Mário Negócio, 2267
Quintas, Natal/RN
CEP 59040-000
Tel: (84) 4009.5400
E-mail: adm.hla@liga.org.br

UNIDADE II
CECAN
Av. Miguel Castro, 1355
Dix-Sept Rosado, Natal/RN
CEP 59075-740
Tel: (84) 4009.5501
E-mail: adm.cecan@liga.org.br

UNIDADE III
Policlínica
Rua Silvio Pélico, 181
Alecrim, Natal/RN
CEP 59040-150
Tel: (84) 4009.5601
E-mail: adm.pol@liga.org.br

UNIDADE IV
Hosp. de Oncologia do Seridó
Av. Dr. Carlindo de Souza Dantas, 540
Centro, Caicó/RN
CEP 59300-000
Tel: (84) 3421.1585
E-mail: adm.hos@liga.org.br

PROPOSTAS			
	FORNECEDOR / MARCA	CNPJ	VALOR
1	EXOMED REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA <i>Marca: EMBRAMED</i>	12.882.932.0001-94	R\$ 0,40
2	CRM COMERCIAL LTDA <i>Marca: MEDSONDA</i>	04.679.119/0001-93	R\$ 0,57
3	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA. LTDA <i>Marca: EMBRAMED</i>	10.779.833/0001-56	R\$ 0,77

Para atender a determinação da ANVISA- Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que exige que todo material médico seja enviado em embalagens fechadas, não sendo permitido fracioná-las, as quantidades dos itens **Aguilha Descartável 30X7 (22g), Escova para assepsia não estéril, Sonda para aspiração traqueal com tampa nº 12** foram alteradas para menor, afim de que sejam enviadas caixas fechadas.


Para a seleção do fornecedor ganhador do item **Seringa Polipropileno 3mL, descartável estéril**, foi considerado além do menor preço, a marca padronizada de acordo com documentos enviados pelos membros da CIAM- Comissão Interna de Análise de Materiais e Medicamentos.

Em relação aos demais itens não foi possível concluir o processo visto que os preços estavam acima do determinado pelo termo de referência enviado pelo Ministério da Saúde para os itens **Coletor de lixo com capacidade 13L, luvas de procedimento não estéril "P" e "M" e Micronebulizador adulto, máscara PVC, copo adaptável, extensor com conexão universal a rede de CO2**. No que se refere aos itens **Aguilha descartável 30X8 (21G 1 ¼), Seringa de polipropileno 20mL descartável e Seringa de polipropileno 5mL descartável** as propostas que estavam dentro do valor disponibilizado no termo de referência não são aprovadas pela CIAM, pois apresentam não conformidades de acordo com documentos anexados a esta ata.


Ao final da análise a CPL declarou os vendedores.

Nada mais havendo a declarar, esta ata foi redigida e vai assinada pela equipe da Comissão Permanente de Licitação (CPL), para posteriormente ser arquivada no processo e disponibilizada no endereço eletrônico da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, www.ligacontraocancer.com.br.

Desse modo, submete-se o feito à superior consideração do Superintendente da Liga sugerindo a homologação e posterior adoção das providências cabíveis.



Roberto Magnus Duarte Sales




Marcos A. Arruda de A. Júnior

Natal, 26 de novembro de 2015



Luiz Renato Rezende Cerchi



Andreia C. P. S. Arcoverde Ramos

UNIDADE I
Hospital Dr. Luiz Antônio
Rua Dr. Mário Negócio, 2267
Quintas, Natal/RN
CEP 59040-000
Tel: (84) 4009.5400
E-mail: adm.hla@liga.org.br

UNIDADE II
CECAN
Av. Miguel Castro, 1355
Dix-Sept Rosado, Natal/RN
CEP 59075-740
Tel: (84) 4009.5501
E-mail: adm.cecan@liga.org.br

UNIDADE III
Policlínica
Rua Silvio Pélico, 181
Alecim, Natal/RN
CEP 59040-150
Tel: (84) 4009.5601
E-mail: adm.pol@liga.org.br

UNIDADE IV
Hosp. de Oncologia do Seridó
Av. Dr. Carlindo de Souza Dantas, 540
Centro, Caicó/RN
CEP 59300-000
Tel: (84) 3421.1585
E-mail: adm.hos@liga.org.br

De: Mariana Gurgel - Farmácia - POL
Data: 21/9/2012 17:37:53
ID: 773507685

Já passei reclamação por escrito da marca SR também, não sei se você recebeu, mas nas punções, a seringa desta marca não tem pressão adequada, inviabilizando o procedimento

De: Andrea Carla - Farmácia - CECAN
Data: 21/9/2012 14:26:58
ID: 773506184

Rose

Estamos com problemas com as seringas **SR, descarpak e embramac** nos setores de imagem, principalmente ULTRA e RESSO. Tem médico já falando em suspender procedimentos (segundo a enfermagem). Vou te passar as reclamações por escrito, mas por favor tem como agilizar o processo de compra de seringa da BD pelo menos nos tamanhos de 20ml e 10ml? Os tamanhos de 3ml e 5ml são menos críticos.

Grata

C/C Valdenise



Liga
Contra o
Câncer

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE MATERIAIS

☒ AVALIAÇÃO

☐ REAVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL

HOSPITAL: POLICLÍNICA

DATA:

PROFISSIONAL

RESPONSÁVEL:

SETOR:

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

MATERIAL: SERINGA

QUANTIDADE:

MARCA: SR LOTES: FAB.: VAL.:

FORNECEDOR: _____

ITENS A SEREM AVALIADOS NO PRODUTO

☐ EMBALAGEM: _____

☐ IDENTIFICAÇÃO: _____

☒ PRATICIDADE: FALTA RESISTÊNCIA DO EMBOL

☒ SEGURANÇA: INVIÁVEL TEMOS QUE REPETIR O PROCE

☐ RESISTÊNCIA: _____

☐ TAMANHO: 10 ml

☐ OUTROS: _____

VISANDO A EFICIÊNCIA E QUALIDADE DO PRODUTO, ELE ESTÁ:

☐ APROVADO

☒ REPROVADO

JUSTIFICATIVA:

SERINGA DE M^a QUANTIDADE P/ REALIZAÇÃO
DE PAAF. CIRCULAM NO CITOESPINADOR
FALTA DE PRESSÃO NO EMBOL, POR
PARECER DA CIAM-LIGA: PROVAVEL M^a QUALIDADE
DO MATERIAL EMPREGADO NA TORRACIA
DO EMBOL

DATA: 29/09/12

ASSINATURA: _____

Dr. Marcos Galvão
Ultra-sonografia



Liga
Contra o
Câncer

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE MATERIAIS

(☒) AVALIAÇÃO

() REAVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL

HOSPITAL: POLICLÍNICA

DATA: 26/09/12

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: Ana Claudia C. Cruz Souza

SETOR: US

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

MATERIAL: Seringa

QUANTIDADE:

MARCA: SR

LOTES:

FAB.:

VAL.:

FORNECEDOR: _____

ITENS A SEREM AVALIADOS NO PRODUTO

- () EMBALAGEM: _____
- () IDENTIFICAÇÃO: _____
- () PRATICIDADE: _____
- (☒) SEGURANÇA: _____
- () RESISTÊNCIA: _____
- () TAMANHO: _____
- () OUTROS: _____

VISANDO A EFICIÊNCIA E QUALIDADE DO PRODUTO, ELE ESTÁ:

() APROVADO

(☒) REPROVADO

JUSTIFICATIVA:

A seringa não se acopla de forma adequada ao ultrassom, devido a presença de peças internas defeituosas. Por isso, não pode ser utilizada.


PARECER DA CIAM - LIGA:

DATA: 26/09/12

ASSINATURA: _____

Ana Claudia C. Cruz Souza
Médica
CRM/RN 3287

Enviado em
12/11/12




De: Karol Almeida - Farmácia - POL
Data: 25/9/2012 09:33:31
ID: 773518388

Rose,

Para as seringas 3 mL e 5 mL não vejo problema em usar a marca descarpack, por ser aspirado pouco volume, as seringas de 10 mL, 20 mL e 50 mL acho mais viável comprar B-D devido serem utilizadas em procedimentos que necessitam de uma maior "pressão" e aspiração de grande volume, dessas outras marcas desconheço alguma com capacidade similar (elas desconectam e perde med ou mat coletado), a borracha solta do embolo.


De: Rose Alves - Compras - LIGA
Data: 25/9/2012 09:25:55
ID: 773518276

BOM DIA.

CONVERSEI COM RENATO SOBRE O PROBLEMA DAS SERINGAS E O MESMO PEDIU PARA VOCÊS SURGERIREM OUTRAS MARCAS SEM SER B-D.

FICO NO AGUARDO

ROSE



Comunicado enviado pela CIAM em 22/08/13

Caros

Ontem recebi uma reclamação do setor da medicina nuclear com relação a seringa de 3 ml com rosca porque o seu formato não encaixa na proteção de chumbo que é utilizada no setor. Pedi que formalizassem por escrito e troquei as seringas por outra marca (BD).


Hoje utilizamos a tal seringa para manipular quimioterápicos, para minha surpresa descobrimos que a agulha 25X12 **NÃO** se conecta, ou quando se conecta apresenta uma folga que facilita a entrada de ar na seringa...comprometendo assim a segurança do processo e o risco de perda do medicamento e de contaminação para o manipulador.

Alguém recebeu alguma reclamação???

Att

Andréa

PS: mando o documento por escrito ao setor de compras

Four handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. They appear to be initials or full names, written in a cursive style.



LIGA CONTRA O CÂNCER
SERVIÇO DE TECNOVIGILÂNCIA-CCIH

NOTIFICAÇÃO

- A tecnovigilância visa à segurança de produtos para saúde pós-comercialização (equipamentos, materiais, artigos médico-hospitalares, implantes e produtos diagnóstico de uso "in-vitro").

- A notificação avalia queixas sobre segurança desses produtos médicos, desde o registro de comercialização e sua aceitação, com objetivo de sanar a deficiência e resolver o problema. Solicitamos o preenchimento abaixo:

Sector: Farmácia Profissional: Farmacêutico

Telefone p/ contato: 4009-5564

Nome do produto: Seringa dixartácl sem agulha - 3ml

Fabricante: dixarpark N° de série:

Reg.M.S. 1033066 9025 N° patrimônio (equipamento): —

Queixa: Seringa apresenta um nível baixo de qualidade que compromete a sua utilização e a segurança do paciente de manipulação de quimioterápico pela difícil conexão da agulha.

* Agulha NÃO conecta e a seringa ao quando conecta, fica e solta.

Obs: Por favor encaminhar junto com a notificação o produto em sua respectiva embalagem.

Natal, 22 / 08 / 13

[Assinatura]
Assinatura

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]